ES

BEST-CORD NANO

El hilo de retracción de punto

CE 1011

El hilo de retracción de punto impregnado con el cloruro de aluminio hexahidratado.
Se lo utiliza durante la retracción del tejido gingival alrededor del diente para mejorar los resultados de las impresiones dentales y la hemostasia de un margen gingival.

INGREDIENTES: Hilo de poliéster/poliamida conjugada.
Impregnado con el cloruro de aluminio hexahidratado
0,50 mg ± 0,10 mg/pulgada

INSTRUCCIÓN DE USO
- Cortar el hilo impregnado a la longitud deseada utilizando el borde situado en la tapa.
- Aplicar bien el hilo al cuello del diente y presionar cuidosamente a los surcos con el obturador de hilo de retracción.
- Dejar el hilo por 5 minutos en los surcos.
- Remover el hilo directamente antes de la impresión.

PAQUETE INCLUYE:
- Dispensador con 254 cm (100 pulgadas)

ALMACENAMIENTO:
- Cerrar la tapa después de uso y almacenar en un lugar seco.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:
- Sólo para el uso dental.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No usar en pacientes alérgicos al cloruro de aluminio hexahidratado.

Fecha de la última actualización: 06.11.2019/1

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842 35 85